



# Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7  
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski  
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl  
starostwo@powiatgorzowski.pl

Gorzów Wlkp. dnia 18.08.2021 r.

Znak sprawy: **IRS.272.18.2021.TCz**

## **Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy postępowania:**

**Dostawa sprzętu medycznego tj:**

- **Zestawu Laparoskopowego 4K**
- **Instrumentarium laparoskopowe, bariatryczne w systemie Secu-Lock**
- **Stołu operacyjnego bariatrycznego**
- **Diatermii Elektrochirurgicznej z systemem zamykania dużych naczyń do 7mm, z opcją waporyzacji i resekcji bipolarnej - aparat nowy lub powystawowy/DEMO**

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny o następujących parametrach :

Stół składający się z zagłówka z podwójną regulacją, górna płyta plecowa odejmowalna, dolna płyta plecowa , segment siedziska oraz podnóżki dzielone , maksymalne obciążenie robocze 454kg, materace o grubości 80mm, antystatyczne, bezszwowe ,z przeciwoleżynowej pianki, odejmowalne , odporne na środki dezynfekcyjne.

## 1. Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego:

Regulacja wysokości (bez materacy): 622-1072 mm,

Odpowiedź: **Dopuszczamy**

Regulacja przechyłów bocznych: +/-20<sup>0</sup>,

Odpowiedź: **Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia**

Regulacja pozycji Trendelenburga 25<sup>0</sup>-

Odpowiedź: **Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia**

Regulacja anty-Trendelenburga: 35<sup>0</sup>

Odpowiedź: **Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia**

Autopoziomowanie jednym przyciskiem.

Odpowiedź: **Dopuszczamy**

Regulacja oparcia pleców: +75<sup>0</sup>/-40<sup>0</sup>,

Odpowiedź: **Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia**

Przesuw wzdłużny: 310mm,

Odpowiedź: **Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia**

Funkcja flex (wypiętrzenie nerkowe) -140<sup>0</sup>

Odpowiedź: **Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia**

## 2. Funkcje sterowane mechanicznie: **Dopuszczamy**

Regulacja zagłówka

Regulacja podnóżków góra/dół oraz odchylanie bezstopniowe na boki.,

blokowanie i odblokowanie stołu za pomocą dźwigni nożnej

Dodatkowy panel sterowania dublujący podstawowe funkcje pilota usytuowany z boku na kolumnie stołu.

Możliwość zamiany segmentu nóg z zagłówkiem.

## 3. Wyposażenie dodatkowe: **Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia**

Poszerzenia bariatryczne oparcia pleców i siedziska -1 kpl.

Podpórka ręki – 2 szt.

Podpory pod stopy pacjenta z regulacją – 2 szt.

Pas uda – 2 szt.

Pas podnóża – 2 szt.

Pas mocujący stopę – 2szt.

Informację sporządzili:

Tomasz Czerwonko

Marek Ślusarski

Starosta Gorzowski  
(-) Magdalena Pędziwiatr