



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

Gorzów Wlkp. dnia 17.08.2021 r.

Znak sprawy: **IRS.272.18.2021.TCz**

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania:

Dostawa sprzętu medycznego tj:

- **Zestawu Laparoskopowego 4K**
- **Instrumentarium laparoskopowe, bariatryczne w systemie Secu-Lock**
- **Stołu operacyjnego bariatrycznego**
- **Diatermii Elektrochirurgicznej z systemem zamykania dużych naczyń do 7mm, z opcją waporyzacji i resekcji bipolarnej - aparat nowy lub powystawowy/DEMO**

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z zagłówkiem, z dodatkową funkcją wypiętrzenia, oparcie pleców niedzielone – ławeczka nerkowa osiągnięta przez funkcję flex, podnóżki dzielone - maksymalne obciążenie robocze do 500 kg, materace o grubości 50 mm, antystatyczne, bezszwowe, z przeciwoleżynowej pianki redukującej bakterie, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące.

Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego:

regulacja wysokości (bez materacy): 545-1150 mm,

regulacja przechyłów bocznych: +/-20°,

regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga: +/-30°,

auto poziomowanie jednym przyciskiem.

regulacja oparcia pleców: +65°/-40°,

bez przesuwu wzdłużnego, stół posiada asymetryczną kolumnę gwarantującą bez dodatkowych ruchów i zmian ustawień blatu dostępność dla ramienia C: 1240mm,

wypiętrzenie ławeczki nerkowej osiągnięte przez funkcję flex: 220°,

blokowanie/odblokowanie stołu do podłoża

Funkcje sterowane mechanicznie:

regulacja zagłówka,

regulacja podnóżków góra/dół oraz odchylanie bezstopniowe na boki,

dodatkowy panel sterowania dublujący funkcje pilota usytuowany na kolumnie od strony głowy pacjenta,

możliwość zamiany segmentu nóg z zagłówkiem.

Wszystkie zaproponowane parametry techniczne są bardzo zbliżone do wymaganych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Funkcji sterowane za pomocą pilota przewodowego regulację wysokości (bez materacy): 545-1150 mm,

Pozostałe parametry i wymagania pozostają bez zmian zgodnie z SWZ.

Informację sporządzili:
Tomasz Czerwonko
Marek Ślusarski

Starosta Gorzowski
(-) Magdalena Pędziwiatr