



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

Gorzów Wlkp. dnia 18.08.2021 r.

Znak sprawy: **IRS.272.18.2021.TCz**

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania:

Dostawa sprzętu medycznego tj:

- Zestawu Laparoskopowego 4K
- Instrumentarium laparoskopowe, bariatryczne w systemie Secu-Lock
- Stołu operacyjnego bariatrycznego
- Diatermii Elektrochirurgicznej z systemem zamykania dużych naczyń do 7mm, z opcją waporyzacji i resekcji bipolarnej - aparat nowy lub powystawowy/DEMO

Działając na podstawie przepisów art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje o zmianie zapisów treści SWZ.

W Załączniku nr 1C do SWZ (pakiet nr 3), w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego stołu operacyjnego bariatrycznego zapis „maksymalne obciążenie robocze do 450 kg” zastępuje się zapisem **„dopuszczalne obciążenie robocze stołu operacyjnego minimum 450 kg”**.

Pozostałe parametry i wymagania pozostają bez zmian zgodnie z SWZ.

Informację sporządzili:

Tomasz Czerwonko

Marek Ślusarski

Starosta Gorzowski
(-) Magdalena Pędziwiatr